



ERWEKA

ERWEKA GmbH, Pittlerstraße 45
63225 Langen · Germany

Abnahmeprüfzeugnis Inspection Certificate

Dynamisches Kalibriersystem, Typ AutoCal 2

Dynamic calibration system, type AutoCal 2

Identnummer: 1083572950
Ident No:

Sensornummer: 1006479
Sensor No:

Prüfdatum: 2026-10-15
Date of inspection:

Prüfer: D. Schlegel
Inspector:

Prüfung der Messwerte: Measuring check:	Sollwert Nominal	Messwert Value	Ergebnis Result
Prüfung 1: Check 1:	10,0 kg ± 0,1kg	9,90 kg	☒ passed ☐ failed
Prüfung 2: Check 2:	20,0 kg ± 0,1 kg	19,96 kg	☒ passed ☐ failed
Prüfung 3: Check 3:	30,0 kg ± 0,1 kg	29,99 kg	☒ passed ☐ failed


Verwendete Messmittel^①:
Used measuring equipment^①:

Weight 20kg
Weight 10kg

G090671
92

Langen, 15.10.2026

i.A.


Johanna Koscielny
- Quality department -

Unsere Prüf- und Messmittel unterliegen der Messmittelüberwachung und werden in den jährlichen Audits gemäß DIN EN ISO 9001 auditiert.

Our testing and measuring equipment are subject to measuring equipment monitoring and is audited annually in accordance with DIN EN ISO 9001

^① mit Maßanschluss an nationale Normale
traceable to national standards